

Tabela 1. Opis przedmiotu zamówienia – DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY.

Lp.	Defibrylator – 1 szt.		
Nazwa:			
Typ:			
Wytwórca:			
Kraj pochodzenia:			
Rok produkcji:			
I.	Parametry techniczne i funkcjonalne – ilość sz.	Wymagane parametry	Oferowane parametry
1	Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa	TAK	
2	Defibrylacja ręczna i tryb AED	TAK	
3	Metronom z możliwością ustawień rytmu, częstotliwości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci	TAK	
4	Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta	TAK	
5	Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym	TAK	
6	Zakres wyboru energii w J min. 150J-360J w trybie AED	TAK	
7	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24	TAK	
8	Czas ładowania do energii 200 J	TAK	
9	Ekran monitora kolorowy	TAK	
10	Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali	TAK	
11	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe	TAK	
12	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK	
13	Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem	TAK	
14	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci	TAK	
15	Wydruk zapisu na papierze o szerokości min. 50 mm	TAK	
16	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V	TAK	
17	Możliwość EKG - przewody dla 3 odprowadzeń	TAK	
18	Zakres pomiaru tętna min. 20-300 ud/min.	TAK	
19	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv	TAK	
20	Możliwość wykonania stymulacji w trybach "na żądanie" i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne	TAK	
21	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min.	TAK	
22	Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA)	TAK	
23	Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WiFi, umożliwiający transmisję danych medycznych	TAK	
II.	Warunki gwarancji		
25	Okres gwarancji minimum 24 miesiące	.	
26	Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	
27	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych maksimum 4 dni licząc od momenty zgłoszenia awarii w dniach roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy		
28	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych maksimum 7 dni licząc od momentu zgłoszenia awarii w dniach roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt.		

	z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy		
29	Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty	TAK	
III.	Uruchomienie i szkolenie		
30	Bezpłatne uruchomienie, montaż oraz szkolenie personelu poświadczone zaświadczeniem	TAK	

UWAGA:

W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub " \geq " " \leq ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.