



RM.272.17.2020

Ryki, dnia 2 lipca 2020 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego”, znak RM.272.17.2020.

Zarząd Powiatu Ryckiego informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego”, znak RM.272.17.2020 wpłynęły następujące pytania:

**I. w części nr 1 - zakup respiratora**

1. Pkt 8 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z awaryjnym zasilaniem respiratora z akumulatora wewnętrznego przez 135 min i z możliwością wymiany akumulatora na drugi bez przerywania pracy respiratora ?
2. Pkt 13 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z trybem PRVC (wspomaganie ciśnieniowe z zapewnieniem ustawionej objętości docelowej) ?
3. Pkt 23 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z regulacją IPAP w zakresie od 5 do 40 cm H<sub>2</sub>O?
4. Pkt 34 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z liczbą oddechów inicjowanych przez pacjenta wyrażoną w ilości oddechów spontanicznych na min. ?
5. Pkt 35 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z ustawieniem częstości oddychania w zakresie 4 do 60 bpm ?
6. Pkt 40 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z krzywą przepływu w zakresie od -200 do 200 l/min ?
7. Pkt 48 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z alarmem niskiej wentylacji minutowej od 2 do 15 l/min ?
8. Pkt 49 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z opóźnieniem niskiego ciśnienia wdechowego w zakresie regulacji od 0 do 30 sek ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie respiratora o parametrach wymienionych powyżej.



ZARZĄD POWIATU W RYKACH  
UL. WYCZÓLKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI  
tel.: 81 8657-450, faks: 81 8651-966  
email: [starostwo@ryki.powiat.pl](mailto:starostwo@ryki.powiat.pl)

## II - części nr 2 - zakup defibrylatora

### Pyt. Nr 1 – punkt 3

Czy dopuszczą Państwo nowoczesny aparat (rok wprowadzenia na rynek 2020) z ekranem dotykowym wyposażony w metronom podający rytm w sekwencji 30:2, 15:2 i w rytmie ciągłym?

### Pyt. Nr 2 – punkt 5

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat z zakresem wyboru energii dwufazowej 1-200 J, który dzięki zastosowaniu opatentowanej fali impulsowej skutecznie wykonuje defibrylacje oszczędzając jednocześnie mięsień sercowy pacjenta?

### Pyt. Nr 3 – punkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem wyboru energii defibrylacji w trybie AED od 1 do 200J z 22 dwoma poziomami tej energii?

### Pyt. Nr 4 – punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nowoczesny aparat z 4 odprowadzeniowym kablem EKG pozwalającym na monitorowanie 6 odprowadzeń?

### Pyt. Nr 5 – punkt 19

Czy Zamawiający dopuści najnowszy na rynku defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG w ramach 4 poziomów od 0,25 do 2 cm/mV?

### Pyt. Nr 5 – punkt 20

Czy Zamawiający dopuści najnowszy na rynku defibrylator bez elektrod radiotransparentnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie defibrylatora o parametrach wymienionych powyżej.

Z poważaniem

STAROSTA RYCKI

  
Dariusz Szczygielski

